


Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Gefäß 1 l / Vessel 1 l	3 – 2503

Serien Nr. Serial number	44818 - 45067
-----------------------------	---------------



Hauptabmessungen / Main ranges

Innen Ø / inside Ø	a	100 +/- 0.5mm
Höhe / height	b	200 +/- 1.0mm

Mit Halbkugelboden / with hemispherical bottom
Material borosilicate glass

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Gefäße aus Borosilikatglas wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf, und haben die werkseitige Prüfung bestanden.

Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned vessel in borosilicate glass were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy, and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 19 October 2011

Signature : Bruno Balli