


Prüfbescheinigung / Test certificate

| Artikel / Article | Zeichnung / Drawing # |
|------------------------|-----------------------|
| Gefäß 1 I / Vessel 1 I | 3 – 2503 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Serine Nr. Serial number | 31177 - 31728 |
|-----------------------------|---------------|



Hauptabmessungen / Main ranges

| | |
|--|--------------------|
| Innen Ø / inside Ø | 98 - 106mm |
| Höhe / height | 160- 210mm |
| Mit Halbkugelboden / with hemispherical bottom | |
| Material | Borosilicate glass |

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Gefäße aus Borosilikatglas wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned vessel in borosilicate glass were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 11 June 2008

Signature : Bruno Balli