


Prüfbescheinigung / *Test certificate*

| Artikel / <i>Article</i> | Zeichnung / <i>Drawing #</i> |
|---------------------------------|------------------------------|
| Gefäss 1 l / <i>Vessel 1 l.</i> | 3 – 2503 |

| | |
|---|---------------|
| Serine Nr. <i>Serial number</i> | 32542 - 32963 |
|---|---------------|



Hauptabmessungen / *Main ranges*

| | |
|---|--------------------|
| Innen Ø / <i>inside Ø</i> | 98 - 106 mm |
| Höhe / <i>height</i> | 160 - 210mm |
| Mit Halbkugelboden / <i>with hemispherical bottom</i> | |
| Material | Borosilicate glass |

Prüfergebnis / *Test result* :

Obengenannte Gefässe aus Borosilikatglas wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned vessel in borosilicate glass were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 17. September 2008

Quality Management: Jürg Suter

Signature :

