


Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Gefäß 1 I / Vessel 1 I	3 – 2503

Serine Nr. Serial number	34366 - 34386
-----------------------------	---------------



Hauptabmessungen / Main ranges

Innen Ø / inside Ø	98 - 106mm
Höhe / height	160- 210mm
Mit Halbkugelboden / with hemispherical bottom	
Material	Borosilicate glass

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Gefäße aus Borosilikatglas wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned vessel in borosilicate glass were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 25 January 2009

Signature : Bruno Balli