

## Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Korb ohne Verschluss / <i>Basket without lock</i>	4 – 2830

Serien Nr. <i>Serial number</i>	24309 - 25507
------------------------------------	---------------



### Hauptabmessungen / Main ranges

Körbchen Ø / <i>Basket Ø</i>	25.0 +/- 3mm
Länge / <i>length</i>	37.0 +/- 3mm
Draht Ø / <i>Wire Ø</i>	0.25 mm +/- 0.02mm
Maschen / <i>Wire openings</i>	0.4 mm +/- 0.04mm
Offenes Gewebe / <i>open screen</i>	27.0 +/- 1mm
Offenes Gewebe Ø / <i>open screen Ø</i>	20.2 +/- 1mm

### Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Körbe wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

*Above-mentioned baskets were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).*

Date: 05 October 2009

Signature : Bruno Balli