


Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Becherglas / beaker	4 - 3061

Serien Nr. Serial number	41189 - 41213
-----------------------------	---------------



Hauptabmessungen / Main ranges	
Innen Ø / inside Ø	97 - 115mm
Höhe / height	138 - 160mm
Mit Boden gerade / with straight bottom	
Material	Borosilicate glass

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Gefäße aus Borosilikatglas wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf, und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur).

Above mentioned vessel in borosilicate glass were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy, and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 17 December 2010

Signature : Bruno Balli