

Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Paddel mit Schaft zu / <i>Paddle with shaft</i>	3 - 3990

Serien Nr. <i>Serial number</i>	1990 - 2009
------------------------------------	-------------



Hauptabmessungen / Main ranges

Schaft Ø / <i>shaftØ</i>	9.4 to 10.1mm
Paddel / <i>Paddle</i>	74.5 x 19.0 +/- 0.5mm
Radius	41.5 mm
Material	stainless steel

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Paddel mit Schaft wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned paddle with shaft were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 15 September 2009

Signature : Bruno Balli