

Prüfbescheinigung / *Test certificate*

Artikel / <i>Article</i>	Zeichnung / <i>Drawing #</i>
Oberteil zu Basket / <i>Upper part to Basket</i>	4 – 5301

Serien Nr. <i>Serial number</i>	22321 - 24073
------------------------------------	---------------



Hauptabmessungen / *Main ranges*

Deckel Ø / <i>Cap Ø</i>	25.0 +/- 3mm
Deckel dicke / <i>Cap size</i>	5.1 +/-0.5mm
Lichte Weite / <i>clear opening</i>	20.2 +/-1.0mm
Lüftungsloch / <i>Vent holee</i>	Ø 2.0 +/-0.5mm
Material	Stainless steal

Prüfergebnis / *Test result:*

Obengenannte Oberteile mit Ansaugöffnung wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned upper part to basket with suction opening were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date:

16 August 2010

Signature :

Bruno Balli