

Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Paddel mit Rührwelle zu AT7 / <i>Paddle with stirring shaft to AT7</i>	3 - 7525

Serien Nr. <i>Serial number</i>	6682 - 6781
------------------------------------	-------------



Hauptabmessungen / Main ranges

Höhe / height	19 mm +/- 0.5mm
Länge / length	42mm // 74.5 +/- 1.0mm
Stärke / strong	4.0mm +/- 1.0mm
Radius / Radius	r 41.5 +/- 1.0mm
Wellen Ø / shaft Ø	9.75 mm +/- 0.35mm

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Paddel mit Rührwelle wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned paddle with stirring shaft were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 27 August 2008

Signature : Bruno Balli