

## Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Oberteil mit Rührwelle zu Korb / <i>Top for basket with stirring shaft</i>	4 - 7558

Serine Nr. <i>Serial number</i>	22321 - 24073
------------------------------------	---------------



### Hauptabmessungen / Main ranges

Schaft Ø / shaftØ	10.0 mm +/- 0.05mm
Lichte Weite Ø / clear opening Ø	20.0 mm + 0 / - 0.05mm
Material	stainless steel

### Prüfergebnis / Test result:

Obengenanntes Material wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

*Above mentioned material were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).*

Date: 16 August 2010

Signature : Bruno Balli