

## Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Absaugkopf mit Filter zu AT7 smart / <i>Suction head with filter insert to AT7 smart</i>	4 - 7710

Serien Nr. <i>Serial number</i>	12261 - 12960
------------------------------------	---------------



### Hauptabmessungen / Main ranges

Schaft Ø / shaftØ	9.4 to 10.1mm
Saugleitung / suction line	PTFE
Material	stainless steel

### Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Absaugköpfe wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

*Above-mentioned suction heads were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).*

Date: 18 November 2008

Signature : Bruno Balli